

Государственный комитет  
по стандартизации Республики  
Беларусь (Госстандарт)

## ПРОТОКОЛ

31.01.2017 №01-2017

г. Минск  
заседания Научно-технической  
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

7. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001

### 7.24. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о продлении срока действия утверждения типа "Люкметры "ТКА-Люкс", изготовитель – ООО "НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург, Россия, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001 (основание – окончание срока действия утверждения типа).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 11 3628 12.

### РЕШИЛИ:

7.24.1. Продлить срок действия утверждения типа в Республике Беларусь для типа "Люкметры "ТКА-Люкс" на основании результатов обязательной метрологической экспертизы технической и эксплуатационной документации, проведенной Тест-Санкт-Петербург, Россия.

7.24.2. Аннулировать сертификат №7903 об утверждении типа "Люкметры "ТКА-Люкс", выданный ООО "НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

7.24.3. Выдать ООО "НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург, Россия, новый сертификат об утверждении типа с сохранением ранее присвоенного номера Реестра (РБ 03 11 3628) сроком действия до 30.05.2021.

7.24.4. Люкметры метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

7.24.5. Поверку для Республики Беларусь люкметров, в т.ч. находящихся в эксплуатации и поверяемых по документу "Люкметр "ТКА-Люкс. Методика поверки" (2005 г.), проводить по документу МП 20040-11 "Люкметр "ТКА-Люкс". Методика поверки", утвержденному в 2011 г.

7.24.6. Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Председатель

Секретарь

ВЕРНО

31.01.2017



Н.Д. Ляхова

Ю.В. Задрейко

Н.Д. Ляхова