

Государственный комитет
по стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

03.10.2017 №09-2017

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

7. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

7.1. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – О внесении изменений в описание типа в связи с изменением метрологических характеристик и разработкой новой методики поверки и эксплуатационных документов для типа "Приборы комбинированные ТКА-ПКМ" – без продления срока действия утверждения типа.

Внесены ранее в Реестр под номером РБ 03 09 2660 15, сертификат №9868, срок действия утверждения типа – до 10.12.2019.

Изготовитель: ООО "НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург, Россия.

Заявитель: ООО "НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург, Россия.

РЕШИЛИ:

7.1.1. Принять к сведению информацию об утверждении нового описания типа **"Приборы комбинированные ТКА-ПКМ"** и оформлении новых эксплуатационных документов и уточнить информацию в базе данных Госреестра СИ РБ.

7.1.2. Приборы метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

7.1.3. Поверку приборов, изготовленных до 26.10.2016 (дата утверждения новой методики), проводить по документу МП 203-0090-2009 (2009 г.). Поверку приборов, изготовленных после 26.10.2016, проводить по документу МП 242-1969-2016, утверждённому в 2016 г.

Председатель

Ю.В. Задрейко

Секретарь

Н.Д. Ляхова

ВЕРНО

03.10.2017

